

※2016年2月（第4版）（新記載要領に基づく改訂）

※2007年11月（第3版）

届出番号：23B3X00017000005

医 04 整形用品

一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

## 脱脂綿

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

※綿100%の脱脂綿製品。

### 【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

### 【使用方法等】

- ・適宜滅菌して使用すること。
- ※・創傷面には滅菌して使用すること。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。
- ・再滅菌しないこと。

### 【使用上の注意】

- ・体内に留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ※・直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ※・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社長谷川綿行

〒481-0013 愛知県北名古屋市二子四反地 977-2

問い合わせ窓口（TEL）0568-24-1911